

Świadectwo Sprawdzenia

**Przedmiot
sprawdzenia**

Elektroda zespolona Mattler Toledo
Inlab 410

Zgłaszający

Instytut Genetyki Roślin Polska Akademia Nauk
60-479 Poznań ul.Strzeszyńska 34

Wymagania

**Sprawdzenie zgodności danych technicznych
ustalonych przez producenta urządzenia.**

**Wyniki
sprawdzenia**

**(delta) ph
sprawność
punkt zerowy**

56,4 mV/ph
96,90%
7,25 ph

**Metoda
sprawdzenia**

Metoda bezpośredniego pomiaru

**Wnioski
sprawdzenia**

**Wskazania zgodne z parametrami
metrologicznymi urządzenia pomiarowego**

**Okres ważności
świadectwa**

**Trzy miesiące od daty wystawienia traci ważność,
lub gdy nastąpi uszkodzenie elektrody**

Pieczętka podpis

Zapraszamy na naszą stronę internetową **elktra**

www.elktra.com.pl

**Miejsce
data**

Warszawa
11.04.2007r.

e-mail: info@elktra.com.pl

e-mail: elktra@interia.pl